調達要求番号：

<table>
<tr><td colspan="4">陸　上　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td></td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">デジタル電圧計
ＪＶＭ－Ｑ３－Ｄ</td><td colspan="2">ＧＳ－Ｃ３３２２４３Ｊ</td></tr>
<tr><td>作　　成</td><td>昭和　６１年１０月２０日</td></tr>
<tr><td>変　　更</td><td>平成　２３年　６月　８日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>補給統制本部　通信電子部</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のデジタル電圧計について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１（以下，“**一般共仕**”という。）による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログ等によって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｃ０００００１　陸上自衛隊電子機器共通仕様書

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　製品の表示

製品の表示は，原則としてＧＬＴ－ＣＧ－Ｃ０００００１（以下，“**電子共仕**”という。）の 2.5 及び**一般共仕**の 2.3 による。

なお，銘板の品名表示は，**表 1** による。

表 1－品名表示

番号 a)	品　名　表　示
1	デジタル電圧計　ＪＶＭ－Ｑ３－Ｄ
2	デジタル電圧計　Ｇ／ＶＭ－Ｑ３－Ｄ
注 a)　番号は，調達要領指定書による。	

4　品質保証

4.1　監督・検査

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，商慣習による。

5.2　包装の表示

包装の表示は，**一般共仕**の 4.2.3 によるものとし，個装及び内装の表示は，識別可能な商慣習による。

6　その他の指示

6.1　取扱説明書

取扱説明書は，**電子共仕**の 5.1　a)による。

6.2　試験成績書

試験成績書は，**電子共仕**の箇条 7 による。

6.3　納入書類

納入書類は，**電子共仕**の**表** 1 番号 1　a)によるものとし，数量は，調達要領指定書による。

6.4　仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，**一般共仕**の 8.3 による。

調達品目表

調達要求番号		仕様書番号	ＧＳ－Ｃ３３２２４３Ｊ
調達要求年月日		作成年月日	平成２３年　６月　８日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部　通信電子部

1　調達品目

品　名	数量	カタログ製品名 [a)]
デジタル電圧計 ＪＶＭ－Ｑ３－Ｄ	1	岩通計測（株）　ＶＯＡＣ２２ 横河電機（株）　ＴＹ７２０ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

注 a)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2　機能・性能

機能及び性能は，次による。

a)　直流電圧　±0.01 V～60 V
b)　交流電圧　0.01 V～250 V
c)　直流・交流電流　0.1 A～10 A
d)　抵抗　0.1 Ω～10 MΩ
e)　防塵対策　全入力端子に保護カバーがあるものとする。
f)　安全対策　放電と爆発を防ぐためにヒューズを内蔵しているものとする。
g)　携帯用ケース　測定リードの収納ができるものとする。

3　附属品

番号	品　名	数量	備　考
1	高圧プローブ	a)	最大30 kV　約1 000 MΩ バナナ端子　ワニ口端子
2	シールド付テストリード	a)	2 MΩ以上 100 MΩ以下 バナナ端子　ワニ口端子
3	シース形熱電対	a)	-200 ℃～+800 ℃　非接地形 熱電対Ｋタイプ バナナ端子　ハードケース付き
4	電流測定クランププローブ	a)	岩通計測(株)　SC-028 横河電機(株)　96095 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
5	携帯用ケース	1	岩通計測(株)　SC-527 横河電機(株)　93029 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

3　**附属品**（続き）

番号	品　　名	数量	備　考
6	乾電池	装着数	――――――――
7	取扱説明書	1	――――――――
8	試験成績書	1	品質保証書で代用できるものとする。

注記　数量は，標準添付品を含むものとする。
注[a)]　数量は，調達要領指定書による。

4　**予備品**

品　　名	数量
ヒューズ	1式